Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Aquecedor de Fluídos/ Sangue

Item

531

Sinônimos

Aquecedor de sangue, Descongelador de Plasma

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Equipamento que realiza aquecimento de sangue e fluídos corporais, produtos à base de sangue e soluções intravenosas, durante infusão, por meio da utilização de unidades de aquecimento.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 35.727,00

Equipamento para aquecimento de sangue, produtos à base de sangue e soluções intravenosas. Deve possuir dispositivo indicador da alimentação ou aviso do perfil em aquecimento, da temperatura de infusão (temperatura selecionada), da temperatura atual do sangue/fluído, assim como o tempo de aquecimento destes, bem como de controle de temperatura. Temperatura do aquecedor entre 32 e 42 graus Celsius.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Indicar características físicas e técnicas do equipamento, como painel de controle, temperatura de trabalho, fluxo, alarmes e demais recursos técnicos que agreguem valor ao equipamento.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ARTMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	http://www.artmedical.net	(51)32313415

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**